



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231
Δ/ση Διοικητικού
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Μπεξή Γεωργία
ΤΗΛ.27513 60170 - 60172
E-MAIL: promithies3@gna.gr

ΠΡΟΣ
Εταιρεία : Λεωνίδας Ψηλιάκος & ΣΙΑ
Ε.Π.Ε.
&
Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με **αριθμό διακήρυξης 13/2021** « Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού» του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους » **ΤΜΗΜΑ: 9 . Φορεία Μεταφοράς Ασθενών Συστημικός Αριθμός 107352.**

ΣΧΕΤ.

1. **Η υπ' αριθ. 13/2021 Διακήρυξη** για την « Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού» του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους » **ΤΜΗΜΑ: 9 . Φορεία Μεταφοράς Ασθενών Συστημικός Αριθμός 107352.**
2. Το από 7-06-2021 υποβληθέν μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 7534/8-06-2021 (αίτημα παροχής διευκρινήσεων της εταιρείας Λεωνίδας Ψηλιάκος & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ της εταιρείας Λεωνίδας Ψηλιάκος & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. για τον εν λόγω διαγωνισμό .

Στην προδιαγραφή Νο 1 ζητείται το εξής:

«Φορείο μεταβλητού ύψους, κατασκευασμένο από ισχυρό χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής, να έχει υποστεί αντισκωριακή επεξεργασία και να είναι βαμμένο με εποξειδική βαφή».

Θα σας παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτός σκελετός κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα ορθογωνικής ή κυλινδρικής διατομής.

Στην προδιαγραφή Νο 4 ζητείται το εξής:

«Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους από 60cm-90cm τουλάχιστον».

Θα σας παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίσετε όταν αναφέρετε «υδραυλικό σύστημα ανύψωσης», σε τι είδους σύστημα αναφέρεστε.

Στην προδιαγραφή Νο 9 ζητείται το εξής:

«Στην βάση του σκελετού στηρίξεως να φέρει κάλυμμα για την προστασία των μηχανικών μερών».

Θα σας παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίσετε από τι υλικό να είναι το κάλυμμα της βάσης του φορείου για την προστασία των μηχανικών μερών.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού 7534/8-06-2021 της εταιρείας **Λεωνίδας Ψηλιάκος & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.** & προς κάθε ενδιαφερόμενο **διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:**

1. **Προδιαγραφή 1:** δεν είναι αποδεκτός σκελετός διαφορετικός της οβάλ διατομής (απορρίπτεται σκελετός κυλινδρικός ή ορθογώνιος)
2. **Προδιαγραφή 4:** αναφερόμαστε σε σύστημα ανύψωσης υδραυλικό αποτελούμενο από 2 τουλάχιστον υδραυλικές κολώνες
3. **Προδιαγραφή 9:** το κάλυμμα της βάσης θα είναι από πλαστικό ABS αντιμικροβιακής προστασίας για εύκολο καθαρισμό και μειωμένο βάρος φορείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ