



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων. Μητροθανάση
ΤΗΛ.: 2751360172
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191, ΑΡΓΟΣ,Τ.Κ.21231
Email: promithies3@gna.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ CPV 33195000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΜΗΣ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας έχοντας υπόψιν :

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
- Τις διατάξεις του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- Τις διατάξεις του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
- Τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Την υπ' αριθ. 18^η /17-11-2025 θέμα 19^ο με ΑΔΑ:ΡΧ804690Β4-ΝΒ5 πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας έγκρισης διενέργειας Διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια φορητού Τροχήλατου Μόνιτορ του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας - Ο.Μ.Ε. Άργος CPV 33195000-3, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την δημοσίευση της παρούσας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ήτοι έως και την **30.03.2026 και ώρα 10:00 π.μ.**

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ημερομηνία : 30.03.2026 Ημέρα : Δευτέρα Ώρα : 11:00 π. μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γενικού Νοσοκομείο Αργολίδας – Οργανική Μονάδα Έδρας Άργος.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 33195000-3, Φορητού Τροχήλατου Μόνιτορ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: τρεις (3) μήνες εφάπαξ προμήθεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.- ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μία και μοναδική προσφορά.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπός του, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια φορητού προβολέα χειρουργείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 4.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρεις (3) μήνες εφάπαξ προμήθεια.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους έως και **30.03.2026 και ώρα 10:00 π.μ.** στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Γ. Ν. Αργολίδας – Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργος, Ταχ. Διεύθυνση: *Κορίνθου 191 - Τ.Κ. 21231*, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΡΓΟΣ.**

Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται τα εξής:

3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ.
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του προσκληθέντος οικονομικού φορέα ή του οργάνου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, β) δεν έχει επιβληθεί η κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.
6. Τα υποβληθέντα ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α' 45) (η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (αρ. 92 ν. 4412/2016).
7. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης,
8. Συμμετέχω στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας με μια μόνο προσφορά.
9. Η προσφορά μου αφορά την προμήθεια φορητού τροχήλατου Μόνιτορ για τα ΤΕΠ της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργος,
10. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και συντάχθηκαν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
11. Παιραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, διακοπή σύμβασης (Τα ανωτέρω δύναται να περιλαμβάνονται και σε μία υπεύθυνη δήλωση).
12. Η Υπεύθυνη δήλωση / δηλώσεις, νοούνται ως δηλώσεις του ν. 1599/1986, υπογράφεται / υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ. 2 του ν. 4412/2016, ιδίως με χρήση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας (π. χ μέσω GOV.GR) και να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας.

3.2 Φάκελος τεχνικής προσφοράς

Περιλαμβάνεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πλήρωση των ζητούμενων των τεχνικών προδιαγραφών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών .

3.3 Φάκελος οικονομικής προσφοράς

Κατατίθεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο και περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο αρμοδίως. Η τιμή θα δίδεται σε ευρώ και θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα το Νοσοκομείο μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

4.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι προσφορές παραλαμβάνονται εντός της ορισθείσας από την παρούσα πρόσκληση ημερομηνίας. Προσφορές που αποστέλλονται στην υπηρεσία πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας και ώρας δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών και οικονομικών προφορών θα γίνει ενιαία.

Κατόπιν, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προφορών στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των προσφορών και στο οποίο προτείνεται ο οριστικός ανάδοχος.

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016.Εάν κατατεθούν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.Σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4782/2021 (Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), σε περίπτωση που οι υποβληθείσες πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι συμμετέχουσες εταιρείες κατόπιν σχετικής προσκλήσεως καλούνται να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες/ την τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

5.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και τις σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εξής κρατήσεις:

- 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των υπόλοιπων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010).
- 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (αρ. 7 Ν. 4912/2022 ΦΕΚ 57/17-03-2022)
- 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν.2198/1994.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες.
2. Να πραγματοποιεί αναίμακτη μέτρηση συστολικής/διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης μέσω ταλαντωσιμετρικής μεθόδου, υψηλής ακρίβειας.
3. Ο χρόνος προσδιορισμού της αρτηριακής πίεσης να μην ξεπερνά τα 15 δευτερόλεπτα με λήψη της μέτρησης κατά την πλήρωση της περιχειρίδας.
4. Η σύνδεση των περιχειρίδων να πραγματοποιείται μέσω ταχυσυνδέσμου για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των μεγεθών, με δυνατότητα επιλογής περιχειρίδας πολλαπλών χρήσεων ενός ασθενή και μίας χρήσης (Η περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) έτη).
5. Να έχει δυνατότητα λήψης πίεσης σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες με επιλογή από το κύριο μενού και αυτόματη προσαρμογή του εύρους πίεσης περιχειρίδας.
6. Να έχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της μέτρησης ακόμα και σε καταστάσεις κίνησης και ομιλίας (διεγερτικοί ασθενείς).
7. Να διαθέτει ενσωματωμένη, έγχρωμη οθόνη γραφικών με λειτουργία αφής, LCD υψηλής ανάλυσης μεγέθους τουλάχιστον 7". Η εκτέλεση όλων των λειτουργιών και ρυθμίσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω αυτής.
8. Σο μενού λειτουργίας να είναι στην ελληνική γλώσσα για να είναι εύκολο στην χρήση.
9. Να λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 240 Volt 50-60 Hz, με ενσωματωμένη μπαταρία πλήρους φόρτισης περίπου 4 ώρες και αυτονομία τουλάχιστον 10 ώρες. Να διαθέτει ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας (ΩΩ:ΛΛ) με οπτική και ηχητική ειδοποίηση όταν η μπαταρία φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο.
10. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία διαφορετικά ΠΡΟΦΙΛ λειτουργίας για τη λήψη ζωτικών ενδείξεων (π.χ. συνεχούς μέτρησης, υπολογισμού μέσου όρου και

γρήγορης εξέτασης πολλών ασθενών) με προσαρμοσμένες παραμέτρους ανάλογα με τις ανάγκες του θεράποντα ή του τμήματος.

11. Να έχει δυνατότητα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με τουλάχιστον 6 προσαρμοζόμενα προγράμματα κατ' επιλογήν του χρήστη.
12. Να διαθέτει ενσωματωμένο τυμπανικό θερμόμετρο με χρόνο λήψης μέτρησης 2-3 sec, εύρος μετρήσεων 20°C- 42°C και ακρίβεια μέτρησης $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, με αυτόματη απεικόνιση και αποθήκευση της μέτρησης στο μόνιτορ.
13. Να διαθέτει τεχνολογία λήψης οξυμετρίας Masimo και να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο αισθητήρα ενηλίκων, με εύρος μέτρησης οξυμετρίας από 1- 100% με ακρίβεια έως ± 2 ψηφία και καρδιακού σφυγμού με εύρος 25-240 bpm με ακρίβεια έως ± 3 ψηφία. Να έχει μεγάλη αξιοπιστία μέτρησης ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες που ο ασθενής κινείται ή όταν υπάρχει χαμηλή αιμάτωση.
14. Να διαθέτει λειτουργία μέτρησης των αναπνοών του ασθενή μέσω του αισθητήρα οξυμετρίας χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός ή αναλώσιμα.
15. Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (ALARM) για όλες τις παραμέτρους, με δυνατότητα ρύθμισης των ορίων συναγερμού.
16. Να διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής έως και 20 μη αυτόματων παραμέτρων όπως ύψος, βάρος, επίπεδο πόνου, κ.α., για πληρέστερη κλινική αξιολόγηση.
17. Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία υπολογισμού TRIAGE και Πρώιμων Δεικτών Κλινικής Επιδείνωσης Νοσηλευόμενων ασθενών (ERLYWARNINGSCORE) με δυνατότητα επιλογής από τα διεθνή πρότυπα (NEWS2, MEWS, PEWS κ.ά.) ή παραμετροποίηση αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου.
18. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 300 μετρήσεων όλων των παραμέτρων με πλήρη στοιχεία ασθενή, ημερομηνία και ώρα.
19. Να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή του νοσοκομείου μέσω Ethernet για την μεταφορά των δεδομένων και δυνατότητα αναβάθμισης μέσω Wi-Fi.

20. Να υποστηρίξει Barcode scanner για άμεση εύρεση των δημογραφικών δεδομένων του ασθενή.
21. Να έχει δυνατότητα κλειδώματος οθόνης, για την αποφυγή μη ενδεδειγμένης χρήσης και την ασφάλεια των δεδομένων. Το ξεκλείδωμα να γίνεται με εισαγωγή κωδικού ή χρήση barcode του θεράποντος.
22. Να συνοδεύεται με τροχήλατη βάση πέντε αξόνων με επιφάνεια εργασίας και χώρο αποθήκευσης και οργάνωσης καλωδίων και εξαρτημάτων και δυνατότητα αφαίρεσης των τροχών για καθαρισμό.
23. Να φέρει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).
24. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.
25. Να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα prospectus του κατασκευαστή.
26. Στο φύλλο συμμόρφωσης να γίνονται αναφορές στα πρωτότυπα prospectus , εγχειρίδια χρήστη και λειτουργίας του προϊόντος προς τεκμηρίωση με ποινή αποκλεισμού.
27. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO σειράς 9001:2015, 13485:2016, 14001:2015, 45001:2018 και θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΤ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04).
28. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485.